



2/3/24/2022/2963 2/12/2022	رقم وتاريخ الإصدار	دعوة العطاء
2/(30/11/2023)	رقم وتاريخ المراجعة أو التعديل	
50/2023	رقم قرار اعتماد مجلس العمداء	
26/12/2023	تاريخ قرار اعتماد مجلس العمداء	
	عدد الصفحات	

شروط ومواصفات العطاء

رقم (2024/ 428)


الخاص بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة علمية حاجة كلية الزراعة

آخر موعد لاستلام العروض (الساعة الواحدة ظهراً من يوم الإثنين 2024/12/ 2	آخر موعد لبيع النسخ (الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأربعاء 2024/11/ 27	آخر موعد لتقديم الاستفسارات نهاية دوام يوم الأحد 2024/11/17	قيمة كفالة الدخول	ثمن نسخة العطاء
			(3%) من قيمة العرض شاملاً كافة الرسوم والضرائب .	(75/-) دينار

وكل عرض يرد متأخراً بعد الساعة الواحدة من ظهر اليوم المحدد لاستلام العروض يرفض استلامه.

ملاحظات :-

- يحق للمناقضين الذين قاموا بشراء نسخة العطاء في المرة الأولى الحصول على نسخة العطاء مجاناً في حال إعادة طرحه بنفس الرقم (المرة الثانية) علماً بأن ثمن نسخة العطاء غير مسترد.
- يلتزم المتعهد بتقديم كفالة دخول العطاء حسب النموذج المعتمد من قبل الجامعة الأردنية والمرفق مع الشروط العامة، بحيث يلتزم المتعهد بأن تحدد الكفالات المقدمة تلقائياً (كفالة الدخول وحسن التنفيذ والدفع المقدمة).
- يقدم المتعهد ما يثبت أنه خاضع للضريبة العامة على المبيعات.
- الجامعة غير معفاة من الضريبة العامة على المبيعات .
- لا تسأل الجامعة عن أي زيادة في الضرائب ولا يجوز مطالبتها بأي مبالغ على هذا الأساس.
- طريقة الدفع حسب أنظمة وتعليمات الجامعة وأي شرط يرد ضمن العرض يخالف ذلك لن يتم الأخذ به ويحق للجنة استبعاد العرض من الدراسة الفنية.
- يقدم المتعهد العينات خلال (48) ساعة من طلبها تحت طائلة استبعاد عرضه في حال عدم تقديمها.
- يحق للجامعة إلغاء العطاء بدون إبداء الأسباب وبدون أن يترتب عن هذا الإلغاء أية مطالبة مالية أو قانونية وذلك وفقاً لما ورد في البند (17) من نظام المشتريات.
- أجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء.
- **سنتم استبعاد العروض غير الموقعة حسب الأصول**
- عدد صفحات دعوة العطاء (7)، بحث نتوجب على مندوب الشركة التأكد من عددها كاملاً قبل مغادرة الدائرة.



ملاحظات يجب على جميع الشركات الالتزام بها عند تقديم عرض الأسعار

• (أولاً): يتم تعبئة نموذج عرض المناقصة الأصلي بشكل كامل مع بيان أسم الشخص المفوض بالتوقيع، مع التأكد على ضرورة التوقيع على جميع صفحات (عرض الأسعار) المقدم من الشركة تحت طائلة استبعاده.

• (ثانياً): تقديم نسخة أصلية من عرض الأسعار يرفق فيها (نموذج عرض المناقصة الأصلي).

• (ثالثاً): توضع النسخة الأصلية في مغلف منفصل ويكتب عليها من الخارج وبشكل واضح (النسخة الأصلية).

• (رابعاً): تقديم صورة عدد (2) عن النسخة الأصلية من عرض الأسعار بالإضافة إلى نسخة إلكترونية من العرض المقدم شريطة أن تكون فعالة.

• (خامساً): توضع كل صورة في مغلف مستقل ويكتب عليها من الخارج وبشكل واضح (صورة عن العرض رقم 1 / 2).


• (سادساً): تقديم كفالة دخول بنسبة (3%) من القيمة الإجمالية لعرض الأسعار، وتوضع الكفالة في مغلف منفصل ويكتب عليها من الخارج وبشكل واضح (تأمين دخول العطاء رقم (...../.....)، أو بالقيمة الميينة في الإعلان في حال كانت قيمة الكفالة مقطوعة.

• (سابعاً): يشترط أن تكون الكفالة صالحة لمدة لا تقل عن ("120" مائة وعشرون يوماً من تاريخ إغلاق العطاء) وفي حال كان العطاء في مرحلة إعادة الطرح (فمن تاريخ آخر موعد لاستلام العرض في إعادة الطرح)، وأن تكون الكفالة صادرة عن ألبانوك الأردنية، أو شيك بنكي مصدق حسب الأصول، مبين عليه اسم المتعهد ورقم العطاء وطبيعة الشيك (دخول عد رقم.....) ويكون موجهاً لأمر السادة الجامعة الأردنية، وحسب النموذج المعتمد من قبل الجامعة الأردنية والمرفق مع الشرع العامة، بحيث تجدد تلقائياً جميع الكفالات المقدمة (الدخول / حسن التنفيذ).

• (ثامناً): تجمع المغلفات الأربعة في مغلف واحد (محكم الإغلاق) ويكتب عليه من الخارج وبشكل واضح أسم المناقص العطاء وموضوعه بالكامل ويودع في صندوق لجنة الشراء الرئيسية في مبنى دائرة العطاءات المركزية (مبنى الأمانة سابقاً نادي الجامعة الأردنية) في موعد أقصاه الساعة الواحدة ظهراً من اليوم المحدد في الإعلان الصادر عن دائرة العد المركزية.

• (تاسعاً): في حال وجود كتالوجات أو نشرات فنية أو عينات توضع في مغلف منفصل ويكتب عليها من الخارج (هـ) وترفق مع المغلف الرئيسي وبشكل مستقل، علماً بأنه سيتم استبعاد أي عرض غير مكتمل لجميع الأمور الفنية والمالية.

• (عاشراً): فيما يخص العرض الإلكتروني فيل عليه ضروري جداً ووفقاً للتدريج المرفق، وعلى الشركات الالتزام بالقام الشركة. حيث تقوم الشركات بعرضه عبر البوابة الإلكترونية مع الالتزام بما هو موضح على البوابة وبالعكس ذلك.



• (أحد عشر): يلتزم المناقص ببيان نسبة وقيمة الضريبة العامة على المبيعات بشكل منفصل عن السعر الإفرادي و/أو الإجمالي عند تقديم عرض الأسعار، وبيان السعر الإجمالي للعرض.

• (اثنا عشر): على جميع الشركات التوقيع على جميع صفحات العرض المالي، مع بيان اسم الشخص المفوض بالتوقيع، علماً بأنه سيتم استبعاد العروض غير الموقعة من قبل أصحابها حسب نص المادة 30 ققرة أ من نظام المشتريات الحكومية.

• (ثالث عشر): يجب على المتعهد مراعاة ما يلي عند تحديد بلد المنشأ للمواد أو الأجهزة المقدمة في عرضه :-

(أ) : تحديد بلد منشأ واحد في خانة المنشأ المخصصة لكل مادة أو جهاز .. (مثال ذلك) :-

رقم المادة	مواصفات البند	الوحدة	الكمية	بلد المنشأ
1	س			X

(ب): لا يجوز وضع عدة بلدان منشأ في خانة المنشأ المخصصة لكل مادة أو جهاز، (مثال ذلك) :-

رقم المادة	مواصفات البند	الوحدة	الكمية	بلد المنشأ
1	س			X1 , X2 OR X3


(ج): في حال كان المتعهد يستطيع تزويد المادة المطلوبة أو الجهاز المطلوب من عدة بلدان منشأ بنفس المواصفات، فيجب عليه تفصيل السعر لكل منشأ على أساس (عرض أصيل وعروض بديلة).

(د): في حال كان المتعهد يستطيع تزويد المادة المطلوبة أو الجهاز المطلوب من عدة بلدان منشأ بنفس المواصفات وينفذ السعر، فعلى المتعهد الإشارة إلى ذلك صراحةً، وللجامعة الحق عند الإحالة إلزام المتعهد بالمنشأ الذي تراه مناسباً، كما الجامعة غير ملزمة بقبول البدائل التي كانت معروضة من قبل المتعهد.

• (رابع عشر): تكون طريقة الدفع حسب الأنظمة المالية المعمول بها في الجامعة الأردنية.

• (خامس عشر): يلتزم المتعهد بتقديم كفالة دخول العطاء حسب النموذج المعتمد من قبل الجامعة الأردنية والسرفق مع الش العامة، بحيث تجدد جميع الكفالات المقدمة تلقائياً.

• (سادس عشر): تُمن نسخة العطاء غير مسترد بغض النظر عن الأسباب.



رقم النموذج

CTID-01-01-08

رقم وتاريخ الإصدار

27/24/2022/2963

رقم وتاريخ المراجعة أو التعديل

2/12/2022

رقم قرار اعتماد مجلس العمداء

2/(30/11/2023)

تاريخ قرار اعتماد مجلس العمداء

50/2023

عدد الصفحات

26/12/2023

01

نموذج تقديم عرض الأسعار

رقم العطاء : (/) موضوع العطاء :

رقم العطاء	رقم البند	مواصفات البند	الوحدة	الكمية المطلوبة	رقم المورد / رقم الكatalog (إن وجد)	العلامة التجارية	السعر الإفرادي للوحدة	قيمة الرسوم الجمركية (إن وجد)	النسبة المئوية لضريبة المبيعات	قيمة ضريبة المبيعات	السعر الإفرادي شامل الضريبة والرسوم الجمركية	السعر الإجمالي شامل الضريبة والرسوم الجمركية	مدة التليم	ملاحظات
1														
2														
↓														
إجمالي المبلغ للمواد المقدمة شاملاً ضريبة المبيعات وكافة الرسوم الأخرى (بعد احتساب قيمة البديل الأعلى في حال وجود بدائل لاية بند) ⇨														

المفوض بالتوقيع

اسم الشركة/ المؤسسة :

رقم التسجيل في ضريبة المبيعات وتاريخه :

• سيتم استبعاد العروض غير الموقعة حسب الأصول .

جدول يوضح حاجة قسم التغذية والتصنيع الغذائي من الأجهزة

التقانات الحيوية للأغذية كيمياء الأغذية حفظ الأغذية تصنيع الأغذية طرق مخبرية في الغذاء والتغذية تحليل الأغذية مشروع تخرج تدريبات عملية	مختبر التقانات الحيوية للأغذية مبنى الزيتون مختبر تحليل الأغذية كلية الزراعة مختبر حفظ الأغذية كلية الزراعة	-Air flow: 950-1200 fpm -Voltage: 120 V, 60Hz -Work Area Dimensions: Height: 53 h, 70 in W, 30 in D -Stainless steel duct width: 10 in -For Chemical applications - One sink -Light Fixture: Vapor Proof -Base cabinet Standard for general purpose storage needs -Acid and corrosive storage cabinet -Airflow Alarm: Durable external mount LED lighting provide very energy efficient illumination	3	Fume hood	1
التقانات الحيوية للأغذية كيمياء الأغذية طرق مخبرية في الغذاء والتغذية تحليل الأغذية مشروع تخرج تدريبات عملية	مختبر التقانات الحيوية للأغذية مبنى الزيتون مختبر الدهون والزيوت مختبر الكيمياء الحيوية	Exclusively formulated paint and poly trays resist acids, bases and solvents High quality and safety features FM-approved Custom size for each lab*	3	Chemical cabinets	2
كيمياء الأغذية طرق مخبرية في الغذاء والتغذية تحليل الأغذية مشروع تخرج تدريبات عملية	مختبر تحليل الأغذية كلية الزراعة	Cooling:18~52□ Heating:-7~24 □ Capacity: (2 tons) Remote control	2	Air Conditioners	3
كيمياء الأغذية طرق مخبرية في الغذاء والتغذية تحليل الأغذية مشروع تخرج تدريبات عملية	مختبر تحليل الأغذية كلية الزراعة	- Sample: Feed, feed ingredients, forage, pet food, food, food ingredients, grain, cereal, oil seeds, DDGS, meat, meat products, fish, fish products, dairy products, -Voltage: 120 V, 60Hz -Solvent volume per slot: 50 ml -Individual solvent recovery tanks -Acoustic alarms - Visual alarms -End of rinsing phase alarm - End of boiling phase alarm - End of extraction phase alarm Accessories: Thimble : 2 packets	1	Full Automatic Fat extraction system (6 units (slots))	4
تحضير الأطعمة تصنيع الأغذية تصنيع اللحوم	مختبر تصنيع اللحوم كلية الزراعة	Gas Cooker: 5 -burner stainless steel Full safety heavy duty self-ignition Kitchen hood: Stainless steel 90 cm	1	Gas cooker and Kitchen Hoods	5

التقنيات الحيوية للأغذية طرق مخبرية في الغذاء والتغذية تحليل الأغذية مشروع تخرج	مختبر التقنيات الحيوية للأغذية مبنى الزيتون	Automation Capabilities Autofocus, Auto-exposure Image flat fielding: Dynamic Touch-screen functionality Image area (W x H): 21 x 16.8 cm Detector: Cooled CCD, 6 megapixels Dynamic range: >4 orders of magnitude Illumination sources: - Trans-UV, 302 nm excitation - Epi-white Detection: Chemiluminescence filter 590/110 nm standard emission filter for protein and DNA gel and blot imaging Data output: 16-bit or 8-bit: SCN, TIFF, JPEG files	1	Gel imaging system	4
كيمياء الأغذية طرق مخبرية في الغذاء والتغذية تحليل الأغذية مشروع تخرج تدريبات صلبة	مختبر تحليل الأغذية كلية الزراعة	Stainless steel 300 cm High suction	1	Wide kitchen Hood	7
علم وتكنولوجيا الألبان	مختبر الألبان	3pre-programmed speeds for Gerber Butyrometers (350 x g) Solubility index in milk powder (164 x g) Extraction tubes Roesse-Gottlieb/Mojonnier (80 x g) 1 variable speed range (200-1300 rpm)		Gerber Centrifuge Universal for the dairy laboratory	8

الجهاز

KJELDATHERM® digestion system KT 20s, 20 x KTG tube 250/volume 300 ml, 230VAC 50-60Hz 2200W/ /Gerhardt
VAPODEST® 200 "SMART STEAM DISTILLATION"/ Gerhardt
LAB MILL 3310 (PerkinElmer)
Refrigerated Centrifuge Z 327 K (HERMLE)
IKA C2I Pelleting Press
[REDACTED]

الجهاز

Computer assisted sperm analysis (CASA) for animal semen
Automated complete blood count (CBC)/ comprehensive blood panel
[REDACTED]