

|                  |                                |                      |
|------------------|--------------------------------|----------------------|
| CTD-01-01-02     | رقم النموذج                    | نموذج<br>دعوة العطاء |
| 2/3/24/2022/2963 | رقم وتاريخ الإصدار             |                      |
| 2/12/2022        |                                |                      |
| 2/(30/11/2023)   | رقم وتاريخ المراجعة أو التعديل |                      |
| 50/2023          | رقم قرار اعتماد مجلس العطاء    |                      |
| 26/12/2023       | تاريخ قرار اعتماد مجلس العطاء  |                      |
|                  | عدد الصفحات                    |                      |

## شروط ومواصفات العطاء

رقم ( 2024/93 ) / إعادة طرح

الخاص بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة جهاز FULLY AUTOMATED COAGULATION ANALYZER حاجة مختبر الدم والطوارئ في مستشفى الجامعة الأردنية مجاناً مقابل شراء الكواشف الخاصة به ، لمدة خمسة سنوات.

| آخر موعد لاستلام العروض ( الساعة الواحدة ظهراً من يوم ) | آخر موعد لبيع النسخ ( الساعة الواحدة ظهراً من يوم ) | آخر موعد لتقديم الإستفسارات (نهاية دوام يوم ) | قيمة كفالة الدخول   | ثمن نسخة العطاء              |
|---|---|---|---|------------------------------|
| الإثنين<br>2024/5/13                                    | الأربعاء<br>2024/5/8                                | الأحد<br>2024/4/28                            | (3%) من قيمة العرض شاملاً كافة الرسوم والضرائب ، بحيث تغطي قيمة الكفالة كامل مدة التعاقد 5سنوات . | ( 500/- )<br>خمسمائة ديناراً |

**وكل عرض يرد متأخراً بعد الساعة الواحدة من ظهر اليوم المحدد لاستلام العروض يرفض استلامه.**

### ملاحظات :-

- يحق للمناقضين الذين قاموا بشراء نسخة العطاء في المرة الأولى الحصول على نسخة العطاء مجاناً في حال إعادة طرحه (المرة الثانية ) بنفس الرقم علماً بأن ثمن نسخة العطاء غير مسترد
- يلتزم المتعهد بتقديم كفالة دخول العطاء حسب النموذج المعتمد من قبل الجامعة الأردنية والمرفق مع الشروط العامة ، بحيث يلتزم المتعهد بأن تجدد الكفالات المقدمة تلقائياً ( كفالة الدخول وحسن التنفيذ والدفعة المقدمة ) .
- يقدم المتعهد ما يثبت أنه خاضع للضريبة العامة على المبيعات.
- الجامعة غير معفاة من الضريبة العامة على المبيعات .
- لا تسأل الجامعة عن أي زيادة في الضرائب ولا يجوز مطالبتها بأي مبالغ على هذا الأساس.
- طريقة الدفع حسب أنظمة وتعليمات الجامعة وأي شرط يرد ضمن العرض يخالف ذلك لن يتم الأخذ به وبحق للجنة استبعاد العرض من الدراسة الفنية .
- يقدم المتعهد العينات خلال (24) ساعة من طلبها تحت طائلة استبعاد عرضه في حال عدم تقديمها .
- يحق للجامعة إلغاء العطاء بدون إبداء الأسباب وبدون أن يترتب عن هذا الإلغاء أية مطالبة مالية أو قانونية وذلك وفقاً لما ورد في البند (17) من نظام المشتريات .
- أجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء .
- **ستم استبعاد العروض غير الموقعة حسب الأصول**
- **عدد صفحات دعوة العطاء ( 11 ) ، بحيث يتوجب على مندوب الشركة التأكد من عددها كاملاً قبل مغادرة الدائرة .**



ملاحظات يجب على جميع الشركات الالتزام بها عند تقديم عرض الأسعار

- (أولاً): يتم تعبئة نموذج عرض المناقصة الأصلي بشكل كامل مع بيان أسم الشخص المفوض بالتوقيع، مع التأكيد على ضرورة التوقيع على جميع صفحات (عرض الأسعار) المقدم من الشركة تحت طائلة استيعاده.
- (ثانياً): تقديم نسخة أصلية من عرض الأسعار يرفق فيها (نموذج عرض المناقصة الأصلي).
- (ثالثاً): توضع النسخة الأصلية في مغلف منفصل ويكتب عليها من الخارج وبشكل واضح (النسخة الأصلية).
- (رابعاً): تقديم صورة عدد (2) عن النسخة الأصلية من عرض الأسعار بالإضافة إلى نسخة إلكترونية من العرض المقدم شريطة أن تكون فعالة.
- (خامساً): توضع كل صورة في مغلف مستقل ويكتب عليها من الخارج وبشكل واضح (صورة عن العرض رقم 1 / 2).
- (سادساً): تقديم كفالة دخول بنسبة (3%) من القيمة الإجمالية لعرض الأسعار، وتوضع الكفالة في مغلف منفصل ويكتب عليها من الخارج وبشكل واضح (تأمين دخول العطاء رقم /...../.....)، أو بالقيمة المبينة في الإعلان في حال كانت قيمة الكفالة مقطوعة.
- (سابعاً): يشترط أن تكون الكفالة صالحة لمدة لا تقل عن ("120" مائة وعشرون يوماً من تاريخ إغلاق العطاء) وفي حال كان العطاء في مرحلة إعادة الطرح (فمن تاريخ آخر موعد لاستلام العرض في إعادة الطرح)، وأن تكون الكفالة صادرة عن أحد البنوك الأردنية، أو شيك بنكي مصدق حسب الأصول، مبين عليه اسم المتعهد ورقم العطاء وطبيعة الشيك (دخول عطاء رقم....) ويكون موجهاً لأمر السادة الجامعة الأردنية، وحسب النموذج المعتمد من قبل الجامعة الأردنية والمرفق مع الشروط العامة، بحيث تجدد تلقائياً جميع الكفالات المقدمة (الدخول / حسن التنفيذ).
- (ثامناً): تجمع المغلفات الأربعة في مغلف واحد (محكم الإغلاق) ويكتب عليه من الخارج وبشكل واضح أسم المناقص ورقم العطاء وموضوعه بالكامل ويودع في صندوق لجنة الشراء الرئيسية في مبنى دائرة العطاءات المركزية (مبنى الأمانة سابقاً قرب نادي الجامعة الأردنية) في موعد أقصاه الساعة الواحدة ظهراً من اليوم المحدد في الإعلان الصادر عن دائرة العطاءات المركزية.
- (تاسعاً): في حال وجود كتالوجات أو نشرات فنية أو عينات توضع في مغلف منفصل ويكتب عليها من الخارج (محتواها) وترفق مع المغلف الرئيسي وبشكل مستقل، علماً بأنه سيتم استيعاد أي عرض غير مكتمل لجميع الأمور الفنية والمالية.
- (عاشراً): فيما يخص العرض الإلكتروني فإن تقديمه ضروري جداً ووفقاً للنموذج المرفق، وعلى الشركات الالتزام التام بالنموذج المرفق، بحيث تقوم الشركات بتعبئته بقدر المواد المتقدم بها مع الالتزام التام بتوضيح جميع البنود وبعكس ذلك فإنه يحق للجامعة اعتبار العرض المقدم غير مكتمل ومخالف.
- (أحد عشر): يلتزم المناقص ببيان نسبة وقيمة الضريبة العامة على المبيعات بشكل منفصل عن السعر الإفرادي و/أو



الإجمالي عند تقديم عرض الأسعار، ويبين السعر الإجمالي للعرض.

• (اثنا عشر): على جميع الشركات التوقيع على جميع صفحات العرض المالي، مع بيان اسم الشخص المفوض بالتوقيع، علماً بأنه سيتم استبعاد العروض غير الموقعة من قبل أصحابها حسب نص المادة 30 فقرة أ من نظام المشتريات الحكومية.

• (ثالث عشر): يجب على المتعهد مراعاة ما يلي عند تحديد بلد المنشأ للمواد أو الأجهزة المقدمة في عرضه :-

(أ) : تحديد بلد منشأ واحد في خانة المنشأ المخصصة لكل مادة أو جهاز .. (مثال ذلك) :-

| رقم المادة | مواصفات البند | الوحدة | الكمية | بلد المنشأ |
|------------|---------------|--------|--------|------------|
| 1          | س             |        |        | X          |

(ب): لا يجوز وضع عدة بلدان منشأ في خانة المنشأ المخصصة لكل مادة أو جهاز، (مثال ذلك) :-

| رقم المادة | مواصفات البند | الوحدة | الكمية | بلد المنشأ    |
|------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 1          | س             |        |        | X1 , X2 OR X3 |

(ج): في حال كان المتعهد يستطيع توريد المادة المطلوبة أو الجهاز المطلوب من عدة بلدان منشأ وبنفس المواصفات، فيجب عليه تفصيل السعر لكل منشأ على أساس (عرض أصيل وعروض بديلة).

(د): في حال كان المتعهد يستطيع توريد المادة المطلوبة أو الجهاز المطلوب من عدة بلدان منشأ بنفس المواصفات وبنفس السعر، فعلى المتعهد الإشارة إلى ذلك صراحةً، وللجامعة الحق عند الإحالة إلزام المتعهد بالمنشأ الذي تراه مناسباً، كما أن الجامعة غير ملزمة بقبول البدائل التي كانت معروضة من قبل المتعهد.

• (رابع عشر): تكون طريقة الدفع حسب الأنظمة المالية المعمول بها في الجامعة الأردنية.

• (خامس عشر): يلتزم المتعهد بتقديم كفالة دخول العطاء حسب النموذج المعتمد من قبل الجامعة الأردنية والمرفق مع الشروط العامة، بحيث تجدد جميع الكفالات المقدمة تلقائياً.

• (سادس عشر): ثمن نسخة العطاء غير مسترد بغض النظر عن الأسباب.



## نموذج تقديم عرض الأسعار

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| رقم النموذج                    | CTD-01-01-08                  |
| رقم وتاريخ الإصدار             | 2/3/24/2022/2963<br>2/12/2022 |
| رقم وتاريخ المراجعة أو التعديل | 2/(30/11/2023)                |
| رقم قرار اعتماد مجلس العمداء   | 50/2023                       |
| تاريخ قرار اعتماد مجلس العمداء | 26/12/2023                    |
| عدد الصفحات                    | 01                            |

رقم العطاء : ( / ) موضوع العطاء :

| ملاحظات   | مدة التسليم | السعر الإجمالي شامل الضريبة والرسوم الجمركية | السعر الإفرادي شامل الضريبة والرسوم الجمركية | قيمة ضريبة المبيعات | النسبة المئوية لضريبة المبيعات | قيمة الرسوم الجمركية (إن وجد) | السعر للوحدة الإفرادي | المتشابهة/ الماركة/ (إن وجد) | الموديل/ رقم الكatalog (إن وجد) | الكمية المطلوبة | الوحدة | مواصفات البند | رقم البند |
|---|-------------|--|--|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------|---------------|-----------|
|   |             |  |  |                     |                                |                               |                       |                              |                                 |                 |        |               | 1         |
|   |             |  |  |                     |                                |                               |                       |                              |                                 |                 |        |               | 2         |
|   |             |  |  |                     |                                |                               |                       |                              |                                 |                 |        |               | ↓         |
| إجمالي المبلغ للمواد المقدمة شاملاً ضريبة المبيعات وكافة الرسوم الأخرى (بعد احتساب قيمة البديل الأعلى في حال وجود بدائل لأية بند) ⇐ |             |  |  |                     |                                |                               |                       |                              |                                 |                 |        |               |           |

المفوض بالتوقيع

اسم الشركة/ المؤسسة : .....

رقم التسجيل في ضريبة المبيعات وتاريخه : .....

• سيتم استبعاد العروض غير الموقعة حسب الأصول .

عدد (٤٤)

مواصفات عطاء

### Fully Automated Coagulation Analyzer Tender

- Two fully automated analyzers for the central Hematology Laboratory, and ER department Laboratory.
- Bench top or floor standing.
- Performs routine, special, and factor assay analysis hemostatic tests including what follows:  
**Routine:** Prothrombin Time (PT)/ INR, Activated Partial thromboplastin Time (aPTT), Fibrinogen, D-Dimer, and Fibrin Degradation Products (FDP).  
**Special:** Protein C, Free Protein S, Antithrombin, Lupus anticoagulant (Screen and Confirm), Von Willebrand Factor (Both Antigen and Activity (RCO)), Activated Protein C Resistance (APCR).  
**Factor assay analysis:** Factor II, Factor V, Factor VII, Factor VIII, Factor IX, Factor X, Factor XI, Factor XII, and Factor XIII.
- Test menu can be further expanded and according to our hospital's demand. Vendor should include a complete test menu for the analyzer.
- Analyzers should be closed system analyzers using original equipment manufacturer reagents.
- Throughput: Not less than 100 samples/hour (PT/PTT).
- Independent sample and reagent probes.
- Analyzer should use advanced measurement technologies for optimal accuracy and sensitivity.
- Capable of running clotting, chromogenic, and immunologic assay methodologies simultaneously.
- Random access testing.
- Continuous loading/unloading of sample tubes.
- High on-board sample capacity.
- True STAT management with maximum slots and without interrupting the analyzer's throughput.
- Sample tubes (from different vendors): standard, pediatric, and microtubes.
- Cap piercing option.
- Pre-analytical sample integrity verification (for checking sample's volume, and detecting hemolyzed, icteric, and lipemic samples).
- Positive barcode identification of samples.
- Automatic pre-dilution and dilution of samples.
- Analyzers with no need for an RO water system are preferred.
- Positive barcode identification for all reagents.
- High on-board reagent capacity.

- On-board temperature control of reagents.
- Maximum on-board stability of reagents that suits our lab consumption.
- Continuous loading of cuvettes (not less than 1000 cuvette).
- User friendly software.
- Minimal daily, weekly, and monthly maintenance procedures.
- Simple calibration procedures, pre-calibration of routine tests is an advantage.
- Quality Control features should include Levy Jennings charts and should be easy to interpret (self-diagnostic system). With the possibility for applying Westgard multi-rules. Also, a high storage capacity for QC files is preferred.
- External quality control program for maximum number of tests to be supplied for the whole period of the tender.

أو أن يقوم المتعهد بإشراك مختبري مبحث الدم و الطوارئ ببرنامج جودة خارجي و أن يكون عدد المشاركين بالبرنامج (Peer group) كبير و بغض النظر عن القيمة المالية للإشتراك.

- Instruments should be validated and in-use at least in Jordan (preferably) and at most in the Middle East.
- Printers and UPSs for each analyzer with the vendor's commitment of repair and maintenance services for these appliances.
- Instruments and reagents should be CE/IVD/FDA/EC approved (declaration of conformity).
- Reagents and test assays are used for clinical/diagnostic use (not for research use).
- Instruments should connect to the hospital information system (LIS), offered with an interface PC for each analyzer.
- Capability of Bi-directional data transport system.
- Capability for advanced software connections for improved tools of archiving, management, traceability, and accreditation requirements' tools. لإمكانية التتبع في نتائج ضبط الجودة تحديداً.
- Windows based operating system with state-of-the-art PC.
- Colored touch screen of 21-inch size.
- Built in power supply 220 VAC/50 HZ.
- All accessories, consumables, disposables, controls and calibrators are included for all analyzers.
- Comprehensive warranty for five years contract and for any extended period after the 5 years, involving all parts and accessories.
- Consumables, diluents, cleaning reagents, controls (2 levels: Normal and Pathological) and calibrators should be supplied to accommodate our annual consumption.

**الشروط الخاصة بعطاء توريد و تركيب و تشغيل و صيانة**  
**مجانا Fully Automated Coagulation Analyzers أجهزة**  
**مقابل شراء الكواشف المخبرية لمدة خمس سنوات حاجة مختبر مبحث**  
**الدم- مستشفى الجامعة الأردنية:**

- توريد الأجهزة متكاملة مجاناً مقابل الكواشف والمستلزمات الأخرى حسب المواصفات المرفقة.
- يلتزم المتعهد بأسعار الكواشف والمستهلكات طوال فترة التعاقد من تاريخ التبليغ بقرار الإحالة.
- يتحمل المتعهد كافة مصاريف تشغيل الأجهزة من صيانة وقائية وتصحيحية وقطع غيار مع التزامه بإدامة عمل الأجهزة 100% طوال فترة التعاقد.
- يلتزم المتعهد برفع كفاءة الأجهزة وتحديثها وتطويرها وفقاً لأحدث البرامج المقدمة من الشركة الصانعة وطوال فترة التعاقد أو بتزويد المستشفى بأي أجهزة تصدر حديثاً من قبل الشركة خلال مدة التعاقد. شريطة أن لا تتأثر كميات وأسعار المواد والكواشف المحالة وعلى أن تكون أسعار وكميات Calibrators and controls, reagents and auxiliary reagents, accessories, disposables & consumables المستخدمة لأجراء الفحوصات مطابقة لأسعار الأحوال لهذه المواد والمستهلكات.
- يلتزم المتعهد بكفاءة الأجهزة و جميع الأجهزة/ القطع المساندة في العطاء طوال فترة الخمس سنوات و أي فترات تمديد إضافية.
- يلتزم المتعهد بإجراء أعمال الصيانة الدورية للجهاز موضوع الاتفاقية كلما لزم الأمر وعند الطلب بما في ذلك تبديل قطع الغيار التالفه على نفقته طيلة فترة سريان مدة الاتفاقية ، وباصلاح الأعطال عند اشعاره بذلك العطل هاتفياً او بالفاكس او خطياً او بالبريد الإلكتروني خلال مدة 48 ساعة للأعطال التي لا تحتاج الى قطع غيار وخلال 2 اسبوع كحد اقصى للأعطال التي تحتاج لقطع غيار غير متوفرة في السوق المحلي، مع التزامه بتقديم جهاز بديل وبشكل مؤقت بنفس المواصفات لحين اصلاح الجهاز، مع استخدامه لتحقيق ذلك لأشخاص مؤهلين ومدربين طيلة مدة الاتفاقية ويحق للفريق الأول طلب تغيير اي شخص من هؤلاء دون بيان الأسباب.
- في حال مخالفة المتعهد لالتزاماته باصلاح اعطال الجهاز خلال المده المبينه في هذه الاتفاقية فيلتزم المتعهد ب:-
  - أ- تقديم جهاز بديل وبشكل مؤقت.
  - ب- او يقوم باجراء الفحوصات على حسابه الخاص في موقع آخر معتمد لدى مستشفى الجامعة بحيث يتم تقديم 3 مقترحات لذلك ويتم الاختيار والمصادقة على احد هذه المواقع من قبل مستشفى الجامعة - دائرة المختبرات الطبية.
  - ت- او يغرم مبلغ (100.00) مائة ديناراً عن كل يوم تأخير في اصلاح الجهاز.
  - ث- و/ او تكليف من يراه الفريق الأول مناسباً لاصلاح العطل على حساب المتعهد وتغريمه فروق الأسعار والتكاليف وأية مصاريف أخرى.
- اذا تخلف المتعهد عن تنفيذ اي من بنود الاتفاقية فيحق لمستشفى الجامعة الاردنيه اتخاذ اي من الاجراءات التاليه او جميعها وذلك دون الحاجه الى اخطار او انذار ودون ان يكون للمتعهد حق الاعتراض على ذلك:
  - أ- فرض غرامه ماليه مقدارها واحد بالالف من قيمة المواد المتاخر في توريدها عن كل يوم تأخير في توريد الجهاز او المحاليل المطلوبه)
  - ب- و/او مصادره بعض او كل الكفاله المقدمه من المتعهد ككفاله حسن تنفيذ وقيدها ايرادا للمتعهد.
  - ت- تطبيق نصوص و تعليمات نظام المشتريات الحكوميه رقم 8 لسنة 2022 المعمول به ودون ان يكون للمتعهد حق الاعتراض على ذلك.

- يلتزم المتعهد بإجراء أعمال الصيانة الوقائية للجهاز موضوع الاتفاقية ( بموجب برنامج زمني يقدم من قبل المتعهد بداية كل سنة وطول فترة التعاقد).
- تقديم شهادة منشأ مصدقة من غرفة تجارة عمان أو من البلد المصدرة للجهاز أو من الغرف التجارية للبلد المصدرة للأجهزة.
- الالتزام بتدريب الفنيين العاملين على الجهاز في المستشفى على الجهاز تدريباً داخلياً بالإضافة إلى التدريب الخارجي لموظفين عدد 3 (لمدة اسبوع) على نفس الجهاز ويمكن معتمداً للتدريب.
- يتم توفير شاشة وطابعة وجهاز UPS لكل جهاز مقدم وتلتزم الشركة بصيانتهم طوال فترة التعاقد.
- على أن يتم تجهيز الموقع المناسب في المختبر مع جميع احتياجات الأجهزة من التمديدات الكهربائية اللازمة على نفقة المتعهد.
- على أن يتم ربط الأجهزة مع نظام مطابق لنظام المستشفى (LIS) على نفقة المتعهد وتلتزم الشركة بأعمال الصيانة والتحديث طوال فترة التعاقد.
- تلتزم الشركات بأن كميات مواد المعايرات والمواد التشغيلية الواردة في عرض الشركة من Calibrators and controls, Solutions and auxiliary reagents, Disposables / consumables وكل احتياجات الأجهزة هي الكميات التي سوف يتم توريدها سنوياً والكافية لإنجاز وتشغيل الفحوصات التشغيلية مجاناً علماً بأن مدة العطاء هي خمس سنوات.
- تلتزم الشركة بأن الكميات المتقدمة بها في عرض أسعارهم للعطاء من مواد معايرات ومواد تشغيلية ومواد مساندة تكفي لأجراء الفحوصات بالكميات المطلوبة بدعوى العطاء وفي حال تبين وجود خلاف ذلك تلتزم الشركة بتقديم اية مواد من معايرات ومواد تشغيلية ومواد مساندة مجاناً طيلة فترة التعاقد.
- تلتزم الشركة بتوريد الأجهزة مع المستهلكات والمحاليل والكواشف اللازمة في نفس الوقت مما ضمن تشغيل وعمل الجهاز فور تركيبه.
- التزام الشركة بتقديم كل من Operational, Installation Qualification (IQ), Performance qualification (PQ) Qualification (OQ) و كل الوثائق اللازمة وذلك لضمان الجودة. و على أن تكون المواد المستخدمة في هذه اجراءات على نفقة الشركة.
- تكون الأجهزة ملك للشركة طول فترة التعاقد (خمس سنوات).
- تؤول ملكية الأجهزة للمستشفى بعد خمس سنوات او عند الشراء بكامل المبلغ المتفق عليه لسنوات التعاقد ايها أسبق او ما تراه اللجنة مناسبة. ويحق لمستشفى الجامعة وبناء على رغبته بتمديد مدة الاتفاقية لسنة اضافية دون ان يكون للمتعهد حق الاعتراض على ذلك.
- لا تحسب فترات تعطل الجهاز ضمن مدة الاتفاقية وتعتبر مدة الاتفاقية ممددة حكماً بقدر فترة التعطل.
- يتم تقديم عقد صيانة بعد انتهاء فترة التعاقد الشامل قطع الغيار.
- ارفاق نسخة الكترونيه أو نسخة ورقية من Service Manual و Operation User Manual
- يلتزم المتعهد بتقديم وحدة تنقية مياه لكل جهاز مع صيانتها و تغيير القطع اللازمة لهذه الوحدة طول فترة التعاقد (إذا اقتضت حاجة الخدمة).
- في حال وجود اي تعارض بين الشروط العامة والشروط الخاصة يؤخذ بالبند الذي يحقق مصلحة مستشفى الجامعة الأردنية.
- بخصوص توريد المواد والكواشف المحاله يجب مراعاة ما يلي:
  1. تورد جميع المواد بتاريخ صلاحية تحمل ثلثي المدة وبالعكس ذلك يتم تقديم تعهد استبدال خطي شريطة موافقة مستشفى الجامعة / دائرة المختبرات الطبية على ذلك.
  2. على ان يتم توريد المواد حسب الحاجه وعند الطلب بالتنسيق مع دائرة المختبرات الطبية في مستشفى الجامعة الأردنية/ مختبر مبحث الدم اما ببرامج توريد او باتصال هاتفى او بالفاكس او خطياً او بالبريد الإلكتروني وذلك خلال 8 أسابيع كحد اقصى من تاريخ التبليغ .



- على ان تكون كمية المواد المحالة ( حسب الحاجة والأستهلاك) كميات تقديرية للمستشفى مع الألتزام بالقيمة المالية للعطاء.
- ارفاق MSDS مع كل مادة مورده.
- يحق مستشفى الجامعة الأردنية زيادة او تخفيض قيمة الاحاله بنسبة 35% من القيمة الاجماليه للاحاله و وفقا لنصوص و تعليمات نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 .
- تمديد العطاء لمدة سنه زمنيه او ماليه دون ان يكون للمتعهد حق الاعتراض بحيث تشمل مدة التمديد شروط العطاء كاملة.
- ارفاق نسخته الكترونيه من user manual kit inserts للمواد المحاله.
- ارفاق Validation kit inserts (ان وجد).
- في حال انتهت مدة العطاء المتعاقد عليها ولم يتم أستهلاك كامل الكميات يحق للمستشفى ان تمدد العطاء لمدة زمنيه لحين انتهاء توريد كامل الكميات .



جدول المواد  
عطاء كواشف مقابل أجهزة مجانا 2023  
Fully Automated Coagulation  
Analyzer

ADM F592/1

| التفصيل<br>الكمية<br>المطلوبة | وحدة<br>المادة | اسم المادة<br>الإسم العلمي للمادة                             | التسلسل |
|-------------------------------|----------------|---|---------|
| مئة الف<br>مئة الف            | Tests          | (PT)<br>Prothrombin Time                                      | 1       |
| مئة الف                       | Tests          | (aPTT)<br>Partial Thromboplastin<br>Time                      | 2       |
| الف                           | Tests          | Free Protein S  | 3       |
| الف                           | Tests          | Protein C   | 4       |
| الف                           | Tests          | (AT III)<br>Antithrombin III                                  | 5       |
| الف و<br>خمس مئة              | Tests          | (PTT-LA)<br>Lupus Anticoagulant                               | 6       |
| الف و<br>خمس مئة              | Tests          | DRVVT Screen  | 7       |
| ثمان مئة                      | Tests          | DRVVT Confirm   | 8       |
| عشرة<br>الالف                 | Tests          | Fibrinogen  | 9       |
| الف                           | Tests          | (VWF)<br>Von Willebrand Factor                                | 10      |
| أربع مئة و<br>ثمانون          | Tests          | (APCR)<br>Activated Protein C<br>Resistance (Factor V Leiden) | 11      |
| ثلاث مئة<br>و ستون            | Tests          | Factor II   | 12      |



جدول المواد  
عطاء كواشف مقابل أجهزة مجانا 2023  
Fully Automated Coagulation  
Analyzer

ADM F592/1

|                 |      |       |                                      |    |
|-----------------|------|-------|--------------------------------------|----|
| ثلاث مئة و ستون | 360  | Tests | Factor V                             | 13 |
| مئتان و اربعون  | 240  | Tests | Factor VII                           | 14 |
| ثلاث مئة و ستون | 360  | Tests | Factor VIII                          | 15 |
| ثلاث مئة و ستون | 360  | Tests | Factor IX                            | 16 |
| ثلاث مئة و ستون | 360  | Tests | Factor X                             | 17 |
| مئتان و اربعون  | 240  | Tests | Factor XI                            | 18 |
| مئتان و اربعون  | 240  | Tests | Factor XII                           | 19 |
| مئة و عشرون     | 120  | Tests | Factor XIII                          | 20 |
| مئة و عشرون     | 120  | Tests | Thrombin Time                        | 21 |
| مئة و عشرون     | 120  | Tests | STA-Liquid Anti-Xa                   | 22 |
| ستة الاف        | 6000 | Tests | D-Dimer                              | 23 |
| ستة الاف        | 6000 | Tests | (FDP)<br>Fibrin Degradation Products | 24 |
|                 |      |       | المجموع                              |    |